

Załącznik do Decyzji Nr 32/WICNYiK  
Ministra Obrony Narodowej

z dnia 16 sierpnia 2024 roku

## ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 55/MON/2024

Wydanie 1

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych Wydziału Mechanicznego  
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków  
Politechnika Krakowska  
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

| Grupa wyrobów* | Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze                                                                                                                                                | Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6, 17          | Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych<br><br>Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa<br><br>Wymiary przestrzeni testowej:<br><br>długość 19,4 m<br>szerokość 7,7 m<br>wysokość 8 m<br><br>Wydłużona przestrzeń testowa:<br><br>długość 23,1 m<br>szerokość 6,9 m<br>wysokość 6,5 m<br><br>Brama wjazdowa:<br>szerokość 6,9 m<br>wysokość 6,5 m | Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia<br><br>Metoda pomiaru bezpośredniego<br><br>Zakres: $(-51 \div +71) ^\circ\text{C}$                                        | NO-06-A107:2005 pkt 4.2, 4.3<br>NO-06-A107:2021 pkt 4.2, 4.3<br>NO-A-STANAG-4370/AECTP-300-2:2022<br>NO-A-STANAG-4370/AECTP-300-3:2022<br>Procedura badawcza PB01<br>wyd. 8 z dn. 12.05.2023 r. |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia z szybkością możliwą do uzyskania w komorze termoklimatycznej<br><br>Metoda pomiaru bezpośredniego<br><br>Zakres: $(-50 \div +70) ^\circ\text{C}$ | NO-06-A107:2005 pkt 4.5.4<br>NO-06-A107:2021 pkt 4.5.4<br>Procedura badawcza PB01<br>wyd. 8 z dn. 12.05.2023 r.                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (szron i rosę)                                                                                                                                  | NO-06-A107:2021 pkt 4.10                                                                                                                                                                        |

Uwaga:

\* grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.